






Maxxcare®



Beoogd gebruik

De Maxxcare Heel Pro Evolution is bedoeld voor het volledig onlasten van de hiel en de enkel. De Heel Pro Evolution bevat vier uitneembare luchtkokers die bescherming bieden tegen druk. De uiterst gladde buitenzijde beschermt tegen wrijf- en schuifkrachten. De Heel Pro Evolution kan gebruikt worden tijdens het liggen en zitten. Kleine stukjes binnenschuiven lopen, bijv. van bed naar toilet, is mogelijk doordat de extra stroeve onderzijde uitglijdend beperkt. Let hierbij wel op dat de hiel niet belast wordt. Deze is uiterst glad.

Gebruik van de Heel Pro Evolution:

- Het voorkomen van hiel- en enkeldekubitus bij patiënten met een verhoogd risico op het verkrijgen van decubitus door druk- en schuifkrachten.
- Het onlasten van de hiel bij een bestaande decubitus.
- Het verminderen van pijn aan de hielen door langdurige bedlegerigheid.
- Het bestrijden van de neiging tot spitsvoetstand.

Dit handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Heel Pro Evolution en de zorgprofessional die met de Heel Pro Evolution werkt. Lees en begrijp deze handleiding volledig en bewaar hem goed! Voor meer informatie of het bestellen van handleidingen, neem contact op met Maxxcare BV.

Productspecificaties – Afb. II

- A. Maxxcare Heel Pro Evolution - B. Luchtkoker groot (2x) -
C. Luchtkoker klein (2x)

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

- De hielbuitenzijde van de Heel Pro Evolution is uiterst glad. Tijdens optaan en lopen mag de hiel niet belast worden!
- De Heel Pro Evolution niet dragen tijdens het traplopen!
- De Heel Pro Evolution is niet bedoeld voor hervestrekking! Het product mag alleen gebruikt worden door de persoon wiens naam op het product is genoteerd.
- Gebruik de Heel Pro Evolution niet wanneer deze beschadigd is.
- Neem in dit geval contact op met uw leverancier.
- De Heel Pro Evolution mag alleen voor de in deze handleiding aangegeven toepassingen gebruikt worden. Maxxcare BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik.
- Stel de Heel Pro Evolution niet bloot aan hittebronnen, open vuur of scherpe objecten. Hierdoor kan het product beschadigen.

Gebruiksinstincties

WAARSCHUWING!

- Trek de sluiting niet te strak aan, anders bestaat het gevaar van afklemming of ontstaat een gevoel van discomfort.
1. Controleer of de maat van de Heel Pro Evolution goed is. (Afb. I)
 2. Controleer de Heel Pro Evolution regelmatig op lege luchtkokers, losse nadelen en andere beschadigingen.
 3. Schrijf de patiëntnaam op het label. (Afb. III)
 4. Open de klittenbandsluiting. (Afb. IV)
 5. Plaats de voet van de patiënt in de Heel Pro Evolution.
 6. Maak de sluitingen losjes dicht. (Afb. V)

Onderhoud

Wasvoorschrift:

zie waslabel.

Tip: De Heel Pro Evolution kan gewassen worden zonder de luchtkokers te verwijderen. **LET OP:** De Heel Pro Evolution aan de lucht drogen. Het product pas weer gebruiken als het geheel droog is.

Volg onderstaande instructies bij het incidenteel uitnemen en plaatsen van de luchtkokers.

1. Open het klittenband aan de achterzijde van de Heel Pro Evolution. (Afb. VI)
2. Neem de grote of kleine luchtkokers uit (Afb. VII en VIII).
3. Plaats de luchtkokers voor gebruik van de Heel Pro Evolution weer terug.

LET OP: Let er bij het terugplaatsen van de grote luchtkokers op dat de ingeschoven vlakke zijde evenwijdig ligt aan de achterkant van de Heel Pro Evolution. Zie A (Afb. VII).

Garantie

Maxxcare biedt een beperkte garantie op productie- en materiaalfouten voor een periode van zes (6) maanden na de originele datum van aanschaf, onder voorwaarde dat het product op normale wijze is gebruikt. Elke schade die ontstaat door abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen of nalatigheid, valt niet onder deze garantie.

Verwendungszweck

Der Fersenschoner Maxxcare Heel Pro Evolution wird verwendet, um den Druck auf Ferse und Knöchel zu reduzieren. Der Heel Pro Evolution enthält vier abnehmbare Lufröhren, die Schutz gegen Druck bieten. Die extrem glatte äußere Oberfläche bietet Schutz gegen Scherkräfte und Reibung. Der Heel Pro Evolution kann im Liegen und Sitzen verwendet werden. Kurzes Gehen im Innenbereich (z. B. vom Bett zum Badezimmer) ist möglich, da das rutschfeste Material an der Unterseite das Risiko des Ausrutschens reduziert. Achten Sie aber darauf, die Ferse beim Gehen nicht zu belasten, da die äußere Oberfläche rund um die Ferse sehr rutschig ist.

Verwenden Sie den Heel Pro Evolution:

- Um Fersen- und / oder Knöchelgeschwüre für Patienten mit einem erhöhten Risiko von Druckstellen zu verhindern.
- Als weitere therapeutische Maßnahme bei Patienten mit bestehendem Fersendekubitus.
- Um Fersenschmerzen bei längerer Bettruhe zu reduzieren.
- Um Spitzfuß zu verhindern.

Diese Bedienungsanleitung ist für den Heel Pro Evolution Nutzer wie auch für medizinisches Fachpersonal gedacht. Achten Sie darauf die Bedienungsanleitung vollständig zu lesen. Bitte aufbewahren. Für weitere Informationen oder Bestellungen von Bedienungsanleitungen wenden Sie sich bitte an Maxxcare BV.

Produktspezifikationen – Bild II

A. Maxxcare Heel Pro Evolution - B. Lufröhren groß (2x) - C. Lufröhren klein (2x)

Vorsichts- und Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

- Die Außenseite an der Ferse des Heel Pro Evolution ist sehr rutschig. Belasten Sie die Ferse nicht, wenn Sie aufstehen oder während Sie gehen!
- Tragen Sie den Heel Pro Evolution nicht beim Herauf- oder Herabsteigen einer Treppe.
- Der Heel Pro Evolution ist für den individuellen Gebrauch gedacht! Das Produkt darf nur von der Person, deren Name auf dem Etikett steht, verwendet werden.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt! Wenn das Produkt beschädigt ist, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
- Der Heel Pro Evolution sollte nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck verwendet werden. Maxxcare BV kann nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Fahrlässigkeit verursacht wurden, haftbar gemacht werden.
- Um Schäden zu vermeiden verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Hochtemperatur-Wärmequellen, offenen Flammen oder scharfen Gegenständen.

Gebrauchsanweisung

ACHTUNG:

- Nicht zu fest fixieren. Dies kann zu einer Verminderung der Durchblutung und / oder zu Unbehagen führen.
1. Überprüfen Sie, ob die Größe des Fersenschoners korrekt ist. Bild I
 2. Überprüfen Sie den Fersenschoner regelmäßig auf defekte Lufröhren und auf andere Schäden.
 3. Schreiben Sie den Namen des Patienten auf das Etikett. Bild III
 4. Öffnen Sie die Velcrobänder. Bild IV
 5. Platzieren Sie den Fuß des Patienten in den Fersenschoner.
 6. Fixieren Sie die Velcrobänder (nicht zu straff). Bild V

Wartung

Waschanleitung:

siehe Pflegeetikett.

Tipp: Der Heel Pro Evolution kann gewaschen werden ohne die Lufröhren zu entfernen. **BITTE BEACHTEN SIE:** den Heel Pro Evolution immer lufttrocknen zu lassen. Nur benutzen wenn das Produkt vollständig trocken ist. Folgen Sie der Instruktion für das Entfernen und Einsetzen der Lufröhren:
1. Öffnen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des Fersenschoners. (VI)
2. Entnehmen Sie die großen (VII) oder kleinen Lufröhren (VIII).
3. Alle Lufröhren wieder einsetzen bevor Sie die Heel Pro Evolution benutzen.
BITTE BEACHTEN SIE: stellen Sie beim Einfügen der grossen Lufröhren sicher, dass die flache Seite ganz an der Rückseite des Heel Pro Evolution anliegt. Siehe A (Bild VII).

Garantie

Maxxcare bietet eine begrenzte Garantie auf Verarbeitung und Material für den Zeitraum von sechs (6) Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Vorausgesetzt, das Produkt wurde normal verwendet. Alle Schäden, die aus unsachgemäßem Gebrauch / Handhabung, unsachgemäßer Reinigung oder fahrlässig verursacht wurden, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Purpose of use

The Maxxcare Heel Pro Evolution is used to offload pressure on the heel and ankle. The Heel Pro Evolution contains four removable air-tubes that offer protection against pressure. The extremely smooth exterior offers protection against shear forces and friction. The Heel Pro Evolution can be used while lying down and sitting. Walking a short distance indoors, for instance from bed to bathroom, is possible as the non-skid material on the bottom reduces the risk of sliding. Take care not to load the heel while walking, as the exterior fabric around the heel is very slippery.

Use the Heel Pro Evolution:

- To prevent heel- and/or ankle ulcers for patients with an increased risk of developing sores due to pressure or shear.
- As an additional therapeutic measure for patients with existing decubitus of the heel.
- To reduce heel pain during prolonged periods of bed rest.
- To help prevent footdrop.

This manual is meant for the Heel Pro Evolution user and for the healthcare professional working with the Heel Pro Evolution. Be sure to read and understand this manual completely and safely store the manual for later reference! For more information or requests for manuals, contact Maxxcare BV.

Product specifications – Pic. II

- A. Maxxcare Heel Pro Evolution - B. Air tube large (2x) -
C. Air tube small (2x)

Precaution and safety instructions

WARNING!

- The heel-exterior of the Heel Pro Evolution is very slippery. Do not load the heel when you stand up or while you walk!
- Do not wear the Heel Pro Evolution while walking up- or downstairs!
- We advise that the Heel Pro Evolution is for single patient use! We advise the product may be used by the person whose name is written on the label.
- Never use a damaged product! When the product is damaged, contact your supplier.
- The Heel Pro Evolution should only be used for the purposes described in this manual. Maxxcare BV cannot be held responsible for any damage caused by abnormal use, improper use or negligence.
- To prevent damage: Do not use or leave this product close to high temperature heat sources, naked flames or sharp objects.

Instructions for use

WARNING:

- Do not fasten too tightly. This may cause a reduction of blood flow and/or discomfort.
1. Check if the size of the Heel Pro Evolution is correct. (Pic. I)
 2. Check the Heel Pro Evolution regularly for deflated air tubes, broken seems and other damages.
 3. Write patient's name on label. (Pic. III)
 4. Open Velcro straps. (Pic. IV)
 5. Place patient's foot into the Heel Pro Evolution.
 6. Loosely fasten Velcro straps. (Pic. V)

Maintenance

Washing instructions:

see care label.
Tip: The Heel Pro Evolution can be washed without removing the air tubes.

PLEASE NOTE: Air dry the Heel Pro Evolution. Only use when the product is completely dry.

Follow underneath instructions when incidentally removing and placing the air tubes.

1. Open the Velcro at the rear side of the Heel Pro Evolution. (Pic. VI)
2. Remove the large air tubes (Pic. VII) or small air tubes (Pic. VIII).
3. Put all air tubes back in place before using the Heel Pro Evolution.

PLEASE NOTE: When inserting, make sure that the top of the large airtubes is laid flat against the back of the Heel Pro Evolution. See A (Pic. VII).

Warranty

Maxxcare offers a limited warranty against defects in workmanship and material for a period of six (6) months after the original date of purchase, provided the product has been used normally. Any damage arising from abnormal use, or caused by improper handling, cleaning or negligence, is excluded from this warranty.

Qu'est-ce que le Maxxcare Heel Pro Evolution?

Le Maxxcare Heel Pro Evolution permet de décharger les pressions au niveau du talon et de la cheville. Le Heel Pro Evolution contient quatre tubes amovibles qui offrent une protection contre la pression. L'extérieur extrêmement lisse offre une protection contre les forces de cisaillement et de friction. Le Heel Pro Evolution peut être utilisé en position couchée et assise. Il est possible de se déplacer du lit à la salle de bains, par exemple, car le matériau antidérapant sur le bas de la talonnière réduit le risque de glisser. Veillez à ne pas charger le talon en marchant car le tissu extérieur autour du talon est très glissant.

Utilisation:

- Prévention des escarres de talon et/ou cheville pour les patients qui risquent de développer des blessures dues aux pressions aux frictions ou aux cisaillements.
- Mesure thérapeutique complémentaire pour les patients présentant déjà des escarres au talon.
- Réduction des douleurs au talon lors de périodes allongées prolongées.
- Empêche le pied de tomber.

Ce manuel est destiné à l'utilisateur et au professionnel de santé utilisant le Maxxcare Heel Pro Evolution. Assurez-vous que vous avez lu, compris le manuel dans son intégralité et gardez le pour pouvoir vous y référer à l'avenir si besoin. Pour toute information ou question concernant ce manuel, contactez Maxxcare BV.

Description du produit – img II

A. Maxxcare Heel Pro Evolution - B. Air tube - grand (2x) - C. Air tube - petit (2x)

Précautions et consignes de sécurité

ATTENTION!

- Le tissu extérieur au niveau du talon du Heel Pro Evolution est très glissant. Ne chargez pas le talon lorsque vous vous tenez debout ou en marchant.
- Ne portez pas le Heel Pro Evolution lorsque vous descendez ou montez les escaliers.
- Le Heel Pro Evolution est destiné à l'usage d'un patient unique. Il ne doit être utilisé que pour le patient dont le nom est inscrit sur l'étiquette!
- Ne jamais utiliser un produit endommagé! S'il est endommagé, contactez votre fournisseur.
- Le Heel Pro Evolution, ne doit être utilisé que dans les cas décrits dans ce manuel. Maxxcare BV ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de détérioration due à une utilisation anormale ou inappropriée ou à une négligence.
- Pour éviter tout problème de détérioration: ne pas laisser le produit à proximité d'une forte source de chaleur, de flammes, ou d'objets tranchants.

Conseils d'utilisation

- ATTENTION:** ne pas trop serrer. Cela pourrait gêner la circulation sanguine ou entraîner un inconfort.
1. Vérifier que la taille de la talonnière Heel Pro Evolution est correcte. (Img. I)
 2. Vérifier régulièrement que les tubes du Heel Pro Evolution ne sont ni dégonflés, ni abimés et ne présentent pas de signes de détérioration.
 3. Écrire le nom du patient sur l'étiquette. (Img. III)
 4. Ouvrir les sangles Velcro. (Img. IV)
 5. Placer le pied du patient dans le Heel Pro Evolution.
 6. Ajuster les sangles Velcro sans serrer. (Img. V)

Entretien

Consignes de lavage:

voir l'étiquette.

Astuces: On peut laver le Heel Pro Evolution sans enlever les tubes.

REMARQUE: laisser sécher le Heel Pro Evolution à l'air libre. Ne l'utiliser que lorsqu'il est totalement sec. En cas d'inconvénient lors de la pose ou du retrait des tubes d'air suivre les instructions suivantes:




1. Ouvrir le Velcro située à l'arrière du Heel Pro Evolution. (Img. VI)
2. Retirer les grands tubes d'air (Img. VII) ou les petits tubes d'air (Img. VIII).
3. Remettre tous les tubes en place avant d'utiliser le Heel Pro Evolution.

REMARQUE: au moment de leur insertion, assurez-vous que le haut des grands tubes d'air est bien à plat contre l'arrière du Heel Pro Evolution. Voir A (Img. VII)

Garantie Maxxcare offre une garantie limitée aux défauts de fabrication ou de matériel pour une durée de 6 mois à partir de la date de l'achat d'origine, sous réserve que le produit ait été utilisé normalement. Toute détérioration provoquée par un usage abnormal, une utilisation inappropriée, ou due au lavage ou à une négligence est exclue de cette garantie.



Maxxcare®

**Formål med anvendelsen**

Maxxcare Heel Pro Evolution bruges til at fjerne tryk mod hælen og anklens. Heel Pro Evolution indeholder fire aftagelige lufrør, der giver beskyttelse mod tryk. Den ekstremt glatte yderside giver beskyttelse mod forsrydningskrafter og friktion. Heel Pro Evolution kan bruges, mens du ligger ned og sidder. Når du går korte afstande indendørs, f.eks. fra sengetil badeværelset, er det muligt, at det skridsikre materiale på bunden reducerer risikoen for at glide. Pas på ikke at belaste hælen, når du går, da yderstof et omkring hælen er meget glat.

Heel Pro Evolution anvendelsesområder:

- At forbygge tryksår på hæl eller ankel, for patienter med øget risiko for at udvikle sår som følge af tryk eller shear krafter.
- Ekstra terapeutisk indsats til patienter med sår på hæl
- Mindsker smerten for sengeliggende
- Reducerer risikoen for at udvikle spids fod

Denne manual kan anvendes af bruger af Heel Pro Evolution samt af den professionelt arbejder med Heel Pro Evolution. Læs denne manual grundigt igennem og opbevare den med henblik på senere brug. For yderligere information kontaktes Maxxcare BV.

Produkt specifikationer - figur II A. Maxxcare Heel Pro Evolution - B. Luftcelle stor (2x) - C. Luftcelle small (2x)**Forsigtigheds og sikkerheds instruktioner****△ ADVARSEL!**

- Hælens ydersiden af Heel Pro Evolution er meget glat. Belast ikke hælen, når du står op, eller mens du går!
- Hav ikke Heel Pro Evolution på, mens du går op eller ned ad trapper.
- Heel Pro Evolution anvendes alene til den patient hvis navn skrives i feltet. Efter endt behandlingsperiode kasseres Heel Protector Evolution.
- Anvend aldrig i beskadiget produkt! Kontakt forhandler når produktet er beskadiget.
- Heel Pro Evolution må alene bruges til formål som beskrevet i denne manual. Maxxcare BV/Invacare kan holdes ansvarlig for skade med baggrund i forkert anvendelse.
- Med henblik på at forebygge beskadigelse: Udsæt ikke dette produkt for høje temperaturer, flammer eller skarpe genstande.

Brugsvejledning**△ ADVARSEL:** Stroppen må ikke være for stram. Dette kan forårsage nedsat eller stop for blodtilførsel.

1. Kontroller om størrelsen på Heel Pro Evolution hælaflasteren, er korrekt (figur I)
2. Kontroller regelmæssigt om der er luft i luftcellerne og om syninger er intakte
3. Skriv patientens navn på den hvide mærkat (figur II)
4. Åben velcro stroppen (figur III)
5. Placer patientens fod i Heel Protector Evolution
6. Fastgør velcro stroppen løst (figur IV)

Vedligehold**Vask instruktion:** Se vaskeanvisning på produktet.

Tip: Heel Pro Evolution kan vaskes uden at fjerne luftcellerne.

△ OBS: Luft til Heel Pro Evolution. Anvend ikke Heel Pro Evolution før den er helt tør.

Følg nedenstående instruktioner for fjernelse og genplacering af luftceller.

1. Åben velcro stroppen bagest på Heel Pro Evolution. (figur VI)
2. Fjern den store (figur VII) eller den lille (figur VIII) luftcelle.
3. Genplacer alle luftceller før anvendelse.

△ OBS: Til sikker at den store luftcelle sidder godt i mod bagsiden af Heel Pro Evolution når denne genplaceres. Se A (figur VII).

Garanti

Maxxcare tilbyder 6 måneders garanti fra faktura dato mod materiale fejl forudsat at produktet har været anvendt normalt som anviset i denne manual. Skader som følge af forkert behandling, rengøring eller mangelfuld administration indgår ikke i denne garanti.

Användningsområde

Maxxcare Heel Pro Evolution används för att avlasta tryck mot hälarna och vristen. På Heel Pro Evolution finns fyra avtagbara luftrör som skyddar mot tryck. Det mycket smidiga yttermaterialet erbjuder skydd mot skjukvrafter och friktion. Heel Pro Evolution kan användas i liggande och sittande position. Det är också möjligt att gå korta sträckor inomhus, till exempel från sängen till badrummet, eftersom antihalkmaterialet på undersidan minskar risken för halka. Var nog med att inte belasta hälarna vid gång eftersom det yttersta textilmaterialet är mycket halt.

Indikationer för användning:

- Är lämplig att använda förbyggande för patienter med ökad risk för trycksår på häl och/eller vrist orsakat av tryck eller skjuk
- Som en ytterligare åtgärd för patienter med existerande trycksår på hälarna och vristen
- Minskar smärta under längre perioder av sängläge
- Hjälper till att förhindra droppot

Denna manual är menad för hälavlastningen Heel Pro Evolution användare och professionell vårdpersonal. Var uppmärksam på att du läst och förstått manualen i sin helhet och spara manualen för framtida bruk. Har du fler frågor om manualen, kontakta din lokala återförsäljare.

Produkt specifikation - figur II A. Maxxcare hälavlastning - Heel Pro Evolution - B. Luft tub large (2x) - C. Luft tub small (2x)**Förhållningsregler och säkerhetsanvisningar****△ VARNING!** Vänligen notera att:

- Yttermaterialet vid hälarna på Heel Pro Evolution är mycket halt. Belasta inte hälarna när du står upp eller medan du går.
- Använd inte Heel Pro Evolution när du går upp eller ner för trappor.
- Hälavlasten rekommenderas för enpatientsbruk men kan även återanvändas efter tvätt. Produkten bör endast användas av den person ifall namn står skrivet på etiketten.
- Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten fått en garanti skada kontakta din återförsäljare i manualen. Hälavlastaren ska endast användas för åndamålet som finns skrivet i manualen. Tillverkaren tar inte ansvar för skada vid abnormal, felaktig användning eller oaksamhet.
- För att undvika skador på produkten. Undvik kontakt med höga temperaturer, värmekällor såsom låga eller skarpa objekt

Instruktioner för användning**△ VARNING!** För hård åtdragning kan orsaka en minskning av blodflödet och/eller obehag

1. Kontroller om storleken på Heel Pro Evolution är korrekt. (Bild I).
2. Kontroller hälavlastaren Heel Pro Evolution regelbundet för trasiga lufttuber, sömmar eller andra skador.
3. Skriv patientens namn på etiketten. (Bild II).
4. Öppna upp kardborrbanden. (Bild III).
5. Placer patientens fot i hälavlastaren Heel Pro Evolution
6. Fäst kardborrbanden löst. (Bild IV).

Underhåll, Rengöring**Tvärråd se etikett för instruktioner**

Obs: Hälavlastaren Heel Pro Evolution kan tvättas utan att avlägsna lufttuber. △ NOTERA: Lufttorka hälavlastaren Pro Evolution. Använd enbart när den är helt torr.

Följ dessa råd när du behöver ta bort och återställa lufttuber

1. Öppna kardborrband på den bakre delen av hälavlastaren Heel Pro Evolution. Bild VI
2. Ta bort de stora lufttuber (Bild VII) eller de små lufttuber (Bild VIII)
3. Placer tillbaka alla lufttuber igen innan du återanvänder hälavlastaren Heel Pro Evolution.

△ OBS! När du sätter tillbaka lufttuber kontrollera att toppen av de stora lufttuber ligger platt emot den bakre delen av hälavlastaren Heel Pro Evolution. Se A (Bild VII).

Garanti

Maxxcare erbjuder en begränsad garanti för brister i utförande och material under en period av sex (6) månader efter inköpsdatum, förutsatt att produkten har använts normalt. Eventuella skador till följd av onormal användning, felaktig hantering, rengöring eller oaksamhet undantas från denna garanti.

Käyttöopas

Maxxcare Heel Pro Evolution poistaa paineen kantapää ja nilkan alueelta. Heel Pro Evolution sisältää neljä irrotettavalla ilmakavakennolla, jotka suojaavat paineelta. Erittäin pehmeä pinta suojaa ihonkolulta ja hankauksilta. Heel Pro Evolution -suojusta voidaan käyttää makuulla ja istuessa. Lyhyiden matkojen kävely, kuten vuoteesta kylpyhuoneeseen, on mahdollista, sillä pohjan liuistamatonta materiaalia pienentää liukastumisvaaraa. Varo käytämästä kantapäästä kävelyn aikana, sillä kantapään ympärillä oleva ulkopintamateriaali on hyvin liukas.

Heel Pro Evolution Käyttöohje:

- Toimii emalataehäivestäviä hankilöillä, joilla on lisääntynyt riski kantapään ja nilkan paineavaalle.
- Voidaan käyttää haavahoidon tukena hankilöillä, joilla on paineavaajoa kantapään ja/tai nilkan alueella.
- Vähentää kipua pitkittynessä vuodehoidossa.
- Ehkäisee "riippunilan syntymistä".

Tämä opas on tarkoitettu Heel Pro Evolutionin käyttäjille ja terveydenhoito-henkilökunnalle. Heel Pro Evolution on tarkoitettu vain tässä käsisirkassa esitettyihin käyttötarkoituksiin. Lue ohjeet huolellisesti kokonaan lävitse. Saat halutessasi lisätietoja ja/tai uudet käyttöohjeet kun otat yhteyttä Steripoliarii. Säilytä ohjekirja myöhempää tarvitta varten.

Tuotekuvaus - Kuva II.

- A. Maxxcare Heel Pro Evolution B. Ilmakengo Large (2x)
C. Ilmakengo Small (2x)

Käyttöohje ja varotoimet**△ VAROITUS.**

- Heel Pro Evolution -suojukseen kantapääosan ulkopinta on erittäin liukas. Älä käytä kantapäästä noustessasi ylös tai kävellessäsi!
- Älä käytä Heel Pro Evolution -suojusta, kun kävelyt ylös tai alas portaita.
- Heel Pro Evolution on potilaskotainen. Kirjaa kantapääsuojan etikettiin potilaan nimi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta! Jos tuote on viallinen ota yhteys toimittajaan.
- Heel Pro Evolution kantapääsuojaa voidaan käyttää vain tässä ohjeessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Maxxcare BV ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen vääristä tai huolimattomasta käytöstä tai lainimyröinnestä.
- VAROITUS Älä alista Heel Pro-Evolutionia kuumuudelle, avoimelle tulelle tai teräville esineille. Niiden seurauksena tuote ja/tai ilmakennot voivat vahingoittua.

Käyttöohje**△ VAROITUS** - Liian kireä Velcro-tarranahan kiinnitys saattaa aiheuttaa verenkiertohäiriötä ja/tai yleistä epämukavuutta.

1. Tarkasta, että Heel Pro Evolution -tuen koko on oikea. (Kuva I).
2. Tarkista Heel Pro Evolution ilmakennot säännöllisesti tyhjentymisen, rikkoutumisen, muiden vaurioiden varalta.
3. Kirjoita potilaan nimi edessä varattuun nimikekohtaan. (Kuva III).
4. Avaa Velcro-tarranahan. (Kuva IV).
5. Aseta potilaan jalka Heel Pro Evolution kantapääsuojan.
6. Kiinnitä Velcro-tarranahat sopivan kireälle. (Kuva V).

HUOLTO:**Pesuhuolto:** katso etiketistä

Vinkki. Heel Pro Evolution voidaan pestää myös ilmakennojen ollessa paikoillaan. △ HUOMIO: Anna tuotteen kuivua. Käytä tuotetta vain kun se on täysin kuivunut. Mikäli ilmakennot poistetaan paikoiltaan, noudata seuraavia asetusohjeita:

1. Avaa Velcro-tarranahat Heel Pro Evolution -suojukseen takaa. Kuva VI.
2. Poista isot ilmakennot (Kuva VII) tai pienet ilmakeenot (Kuva VIII).
3. Aseta kaikki ilmakennot paikoilleen ennen Heel Pro Evolution -suojan käyttöä.

△ HUOMIO! Kun asetat ilmakennot paikoilleen varmistaa, että isot ilmakennot ovat asetettu litteä osa Heel Pro Evolution -suojan käytössä.

Maxxcare tilbyr en begrenset garanti mot produksjonsfeil i en periode på seks (6) måneder etter opprinnelig kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt normalt og i henhold til brukermanualen. Skader som oppstår på grunn av normal bruk, feilhåndtering eller feil rengøringsmetode dekkes ikke av denne garantien.

Bruksområde

Maxxcare Heel Pro Evolution brukes til å avlaste trykket på hæl og ankel. Heel Pro Evolution inneholder fire lufrør som kan fjernes og beskytter mot trykk. Den ekstremt glatte ytersiden gir beskyttelse mot skjærkraft og friksjon. Heel Pro Evolution kan anvendes i liggende og sittende stilling. Det er også mulig å gå noen få skritt innendørs, for eksempel fra sengetil badet, for det sklihimmende materialet på undersiden reduserer risikoen for å glide. Pas på ikke at belaste hælen når man går, for stoffet på ytersiden rundt hælen er meget glatt.

Hvorfor bruke Heel Pro Evolution:

- For å forebygge tryksår på hæl og/eller ankler hos pasienter med risiko for å utvikle tryksår på grunn av trykk eller skyvkrefter.
- Som et ytterligere terapeutisk hjelpemiddel for pasienter som allerede har tryksår.
- For å redusere smerten på hælene i forbindelse med langvarig sengeleie.
- For å hindre droppot.

Denne manuelen er rettet mot brukere og helsepersonell som jobber med Heel Pro Evolution. Sørg for å lese og forstå brukermanualen og oppbevar manuelen for senere referanse.

Produkt spesifikasjoner – Bilde II A. Maxxcare Heel Pro Evolution - B. Lufttube stor (2x) - C. Lufttube liten (2x)**Forhåndsregler og sikkerhetsinstrukser****△ ADVARSEL!**

- Den ytre hælen på Heel Pro Evolution er meget glatt. Ikke belast hælen når du reiser deg eller går!
- Ikke bruk Heel Pro Evolution når du går opp eller ned trapper.
- Vi anbefaler at Heel Pro Evolution kun brukes av en person. Dette for å unngå smitte mellom ulike personer. Det vil si at produktet skal brukes av personen som har navnet sitt skrevet på merkelappen.
- Bruk aldri et skadet produkt. Dersom produktet er skadet, kontakt din leverandør.
- Heel Pro Evolution skal kun brukes til formål som er beskrevet i denne brukermanualen. Maxxcare BV kan ikke bli holdt ansvarlig for skader som forårsakes av normal bruk, feil bruk eller manglende vedlikehold.
- For å unngå skade: ikke bruk eller plasser produktet nær varmekilder eller skarpe gjenstander.

Hvordan bruke produktet

- △ ADVARSEL: Ikke fest den stramt. Dette kan føre til reduksjon av blodtilførsel og være ukomfortabelt.
- 1. Kontroller at storleksen på Heel Pro Evolution er riktig. (Bilde I).
- 2. Sjekk regelmessig Heel Pro Evolution for punkterte lufttuber, ødelagt glidelås eller andre skader.
- 3. Skriv pasientens navn på merkelappen. (Bilde III).
- 4. Åpne borrelås. (Bilde IV).
- 5. Plassér pasientens fot inn i Heel Pro Evolution.
- 6. Fest borrelåsen løst. (Bilde V).

Vedlikehold**Rengjøringsveiledning:** se rengjøringslapp.

Tips: Heel Pro Evolution kan vaskes uten å fjerne lufttubene.

△ MERK: Lufttørk Heel Pro Evolution. Bruk kun produktet når det er helt tørt.

Følg instruksjonene under for fjerning og plassering av lufttubene.

1. Åpne borrelås på baksiden av hælen. (Bilde VI).
2. Fjern de store lufttubene (Bilde VII) eller de små lufttubene (Bilde VIII).
3. Sett alle tilbake på plass for du bruker Heel Pro Evolution

△ MERK: Når lufttubene settes inn, pass på at toppen av de store lufttubene blir liggende flatt mot baksiden av Heel Pro Evolution. Se A (Bilde VII).

Garanti

Maxxcare tilbyr en begrenset garanti mot produksjonsfeil i en periode på seks (6) måneder etter opprinnelig kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt normalt og i henhold til brukermanualen. Skader som oppstår på grunn av normal bruk, feilhåndtering eller feil rengjøringsmetode dekkes ikke av denne garantien.

