Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

Avsedd användning

Aquatec Ocean VIP Ergo och Ocean Dual VIP Ergo är mobila dusch- och hygienstolar för personlig hygien i hem- och vårdmiljö. Stolarna har lutningsfunktion för sits och, för modellen Ocean Dual VIP Ergo, även lutning av ryggstödet.

Produkten är avsedd för personer med:

- ✓ Svårigheter att stå eller hålla balansen
- ✓ Svaga ben eller nedsatt funktion i benen
- ✓ Medicinska tillstånd som påverkar balansen

Viktig säkerhetsinformation

- ✓ Läs hela bruksanvisningen före användning.
- ✓ Kontrollera alltid att stolen är oskadad och korrekt monterad före användning.
- ✓ Använd endast stolen på plana underlag och inomhus.
- ✓ Stå aldrig på fotstöden.
- ✓ Lyft aldrig stolen när någon sitter i den.
- ✓ Gör inga egna modifieringar av produkten.
- ✓ Använd endast originaldelar och godkända tillbehör.

Maximal brukarvikt

- ✓ Ocean VIP Ergo: 150 kg
- ✓ Ocean Dual VIP Ergo: 150 kg

Före sittande och uppresning

Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

Ⓚ	Referensnummer
Ⓛ	Produktbeteckning

Serienummeretiketten sitter på insidan av den vänstra sidodelen.

Etiketter på produkten

Följande etikett sitter på huvudstödets baksida:

Etikett	Beskrivning
	**FÖRSIKTIGT!** Kollisionsrisk Din kropp kan träffas av ryggstödet/huvudstödet när du drar i aktiveringshandtaget. – Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan dig och ryggstödet/huvudstödet vid lutning av sitsramen med ryggstöd.

Följande etikett sitter på ryggstödets handtag:

Etikett	Beskrivning
	**VARNING!** Tipprisk – Trampa inte på fotstödet när du sätter dig i eller reser dig från dusch- och hygienstolen. – Skjut fotstöden åt sidorna eller fäll upp fotplattorna innan du sätter dig i eller reser dig från dusch- och hygienstolen. – Innan du sätter dig ner eller ställer dig upp ska du vrida hjulen så att låset är riktat framåt. – Luta dig inte för långt framåt när du sitter i dusch- och hygienstolen.

- Lås samtliga hjul.
- Sväng undan fotstöden eller fäll upp fotplattorna.
- Rikta framhjulen framåt.
- Sätt dig lugnt och kontrollerat i stolen.

Viktigt om tippning

- Luta dig inte kraftigt framåt.
- Stolen får endast flyttas med hjälp av körbygeln.
- Ocean Dual VIP Ergo får endast användas med monterade bakre tippskydd.
- Stå aldrig på tippskydden eller fotstöden.

Användning av lutningsfunktion

⚠ **FÖRSIKTIGT!**
Olycksrisk på grund av löst fotstöd
– Fixera fotstöden i körläget.

1. Vrid fotstödet Ⓐ inåt.
2. Tryck fotstödet nedåt tills sprinten på klämman Ⓓ hakar fast i skåran Ⓒ.

ℹ Alternativt kan du vrida fotplattorna Ⓖ uppåt för att kliva i eller ur dusch- och hygienstolen.

Byta hälbandet

1. Öppna kardborrbandet Ⓔ på hälbandet.
2. Ta bort skruven Ⓕ från fotplattans undersida.
3. Ta bort hälbandet från den böjliga plastsprinten.

ℹ Sätt fast bandet med samma tillvägagångssätt fast i omvänd ordning.

ℹ När du monterar hälbandet ska du se till att kardborrbandet är riktat bakåt.

5.4 Luta sitsramen och ryggstödet

! **OBS!**
– Du får aldrig sträcka in en kroppsdel i området mellan sidodelarna och rörramen under lutning.

Luta bakåt/framåt

ℹ Sitsramen kan lutas cirka 40° bakåt tillsammans med ryggstödet.

ℹ Tiltstopp (tillval) finns som tillval för att förhindra att produkten tippar framåt till en lägre vinkel än 0°.

ℹ För de två lägsta sitthöjderna kan inte hela fotstödets justeringsområde användas. Kontrollera före användning att fotstöden inte vidrör golvet vid framåtlutning av sitsen. Omjustera sitthöjden eller fotstödshöjden vid behov.



- Lås hjulen före lutning.
- Håll i körbygeln och använd aktiveringshandtaget.
- Se till att brukarens armar ligger på armstöden eller framför kroppen under lutning.
- Kontrollera att klämskydden är korrekt monterade före användning.

Hjulbromsar

5.6 Aktivera/lossa styrhjulens lås

FÖRSIKTIGT!
Risk för att du klämmer dig/fastnar
Alla styrhjulslås är fotmanövrerade.
– Försök inte aktivera styrhjulslåsen för hand.



1. Du låser styrhjulslåset genom att trampa baktill på pedal Ⓐ tills den aktiveras.

Styrhjulet är nu låst och kan inte vridas längre.

2. Du låser upp styrhjulslåset genom att trampa framtill på pedal A tills pedalen frigörs.

Styrhjul med blå pedal (tillval riktningsspärr) aktiverar svänglåset för enklare rak förflyttning.

- ✓ Lås hjulen genom att trycka ned bromspedalen.
- ✓ Lås alltid hjulen vid förflyttning till och från stolen.
- ✓ Låsen manövreras endast med foten.

Justeringar

- ✓ Sitthöjd, armstöd, fotstöd och huvudstöd kan anpassas efter användaren.
- ✓ Justera aldrig sitthöjden när någon sitter i stolen.
- ✓ Kontrollera att alla låsningar och fästen sitter säkert efter justering.

Rengöring och desinfektion

7 Underhåll

7.1 Underhåll och inspektion

Produkten är underhållsfri, förutsatt att rengörings- och säkerhetsinstruktionerna nedan följs.

För att säkerställa höga prestanda och säkerhet ska följande kontroller utföras regelbundet:

- Kontrollera produkten och tillbehören/tillvalen regelbundet för att upptäcka eventuella skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Kontrollera sitsramens och ryggstödets lutningsfunktion (Ocean Dual VIP Ergo). Enkel lutning och säker låsning av positionen är obligatoriskt.
- Om lutning till en vinkel under 0° inte är möjlig ska du ta bort tiltstoppen fram (tillval) vid behov.
- Kontakta din leverantör om produkten är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Kontrollera att produkten är ordentligt monterad, inklusive alla skydd, och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

VARNING!
Risk för personskador och materiella skador
Om produkten är felinställd kan det orsaka olyckor och allvarliga personskador.
– Produkten måste repareras av en kvalificerad tekniker.
– Skadade delar måste bytas ut av en kvalificerad tekniker.
– Använd endast originalreservdelar från Invacare.

7.2 Rengöring och desinfektion

7.2.1 Allmän säkerhetsinformation

FÖRSIKTIGT!
Risk för kontaminering
– Vidta försiktighetsåtgärder för dig själv och använd lämplig skyddsutrustning.

UPPMÄRKSAMHET!
Felaktiga vätskor och metoder kan skada produkten.
– Alla rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används måste vara effektiva, kompatibla med varandra och måste skydda de material som de är avsedda att rengöra.
– Använd aldrig korroderande vätskor (alkaliska ämnen, syror etc.) eller slipande rengöringsmedel. Vi rekommenderar ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk som t.ex. diskmedel, om inte annat anges i rengöringsanvisningarna.
– Använd aldrig ett lösningsmedel (cellulosathinner, aceton etc.) som ändrar strukturen i plasten eller löser upp fästa etiketter.
– Se alltid till att produkten är helt torr innan den tas i bruk igen.

För rengöring och desinfektion i kliniska eller långvårdsmiljöer gäller riktlinjer för institutionell hygien.

- ✓ Rengör regelbundet med vatten och milt rengöringsmedel.
- ✓ Använd inte lösningsmedel, syror eller starka alkaliska rengöringsmedel.
- ✓ Produkten ska vara helt torr innan den används igen.
- ✓ Ryggstödsklädseln kan maskintvättas i högst 60 °C.
- ✓ Toalettskålen kan autoklaveras enligt tillverkarens anvisningar.

Underhåll

- ✓ Kontrollera regelbundet att skruvar, klämmor och skydd sitter ordentligt fast.
- ✓ Använd inte produkten om den är skadad.
- ✓ Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.
- ✓ Använd endast originalreservdelar från Invacare.

Förvaring

- ✓ Förvara produkten torrt.
- ✓ Skydda den mot direkt solljus och värmekällor.

Felsökning

Kontakta hjälpmedelsleverantör eller servicepersonal om:

- ✓ Sitthöjden är svår att justera.
- ✓ Hjulen rullar eller svänger trögt.
- ✓ Fotstöden inte går att flytta korrekt.
- ✓ Sits- eller rygglutningen inte fungerar som avsett.

Tillverkare: Invacare GmbH
Produkt: Aquatec® Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo

Detta dokument är en kortversion. Fullständig bruksanvisning finns på tillverkarens webbplats **www.invacare.se**.